



## COMUNICADO Nº 016/2020

Ref.: Alteração na coleta de secreção nasofaringe para COVID – 19

Diante da falta de swab de *rayon* no mercado nacional, haverá necessidade de redução temporária para 1 (um) swab, realizando a coleta somente da nasofaringe.

Para utilização de apenas um swab para coleta, devem ser observados criteriosamente os seguintes passos:

- ✓ Examinar a fossa nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de secreções e a posição do corneto inferior e médio. Pedir para o paciente assoar (limpar) o nariz caso haja secreções;
- ✓ O objetivo do swab é colher um esfregaço de células e não secreção nasal.
- ✓ Deslocar a ponta do nariz para cima com o dedo polegar e inclinar a cabeça do paciente. Introduzir o swab na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando-o para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior, fazer movimentos rotatórios delicados e permanecer, no mínimo 20 segundos em cada narina;
- ✓ É importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o corneto inferior atingindo o meato médio;
- ✓ Após a coleta, colocar o swab imediatamente dentro do tubo contendo o meio de transporte (MTV)
- ✓ Manter refrigerado até o envio ao LACEN;
- ✓ Em sintomáticos e/ou hospitalizados dar preferência por coletar secreções do trato respiratório inferior como: escarro, lavado bronco alveolar, aspirado nasal com tubo bronquinho;
- ✓ Swabs não utilizados **devem** ser devolvidos.

Ref: [www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-pecimens.html](http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-pecimens.html)

Assim que o fornecimento for restabelecido, voltaremos a fornecer dois swabs.

Florianópolis, 21 de maio de 2020.

Marlei Pickler Debiasi dos Anjos  
Diretora do LACEN/SC

Red. DILAC/MPDA