



COMUNICADO 024/2025

Ref.: Alteração nos Procedimentos de Coleta para Diagnóstico de Coqueluche

Informamos que, a partir do dia **30 de setembro de 2025**, entraram em vigor as novas diretrizes estabelecidas pela **Nota Técnica Nº 65/2025 – CGLAB/SVSA/MS**, que alteram os procedimentos relacionados à **coleta, acondicionamento e transporte de secreção de nasofaringe** destinada à cultura e à PCR em tempo real (qPCR) para o diagnóstico da coqueluche.

A principal mudança refere-se ao **armazenamento e transporte do material biológico**, que deverá ser acondicionado em tubo contendo **meio de transporte ágar carvão (Meio Regan Lowe)**.

O envio ao **LACEN** deverá seguir os seguintes critérios:

- O material coletado deve ser **protegido da luz** e mantido **refrigerado**, com temperatura entre **2°C e 8°C**;
- O transporte deve ser feito **preferencialmente em até seis horas após a coleta**, conforme orientações do **CDC (2025)**;
- Caso o envio imediato não seja possível, a amostra poderá ser mantida refrigerada e enviada ao LACEN em até **72 horas após a coleta**.

Solicitamos a todos os profissionais envolvidos que adotem as novas orientações a partir da data estabelecida, com o objetivo de **garantir a integridade das amostras** e assegurar a **precisão dos resultados laboratoriais**.

Florianópolis SC, 09 de outubro de 2025.

Márcio Pacheco de Andrade
Diretor do LACEN/SUV/SES/SC

Darcita Buerger Rovaris
Gerente de Biologia Médica

Red. GEBIO/DBR



Assinaturas do documento



Código para verificação: **H5PX426X**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **MARCIO PACHECO DE ANDRADE** (CPF: 892.XXX.459-XX) em 09/10/2025 às 16:09:44
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/07/2019 - 13:54:27 e válido até 16/07/2119 - 13:54:27.
(Assinatura do sistema)

✓ **DARCITA BUERGER ROVARIS** (CPF: 341.XXX.259-XX) em 10/10/2025 às 15:19:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/04/2019 - 17:58:18 e válido até 10/04/2119 - 17:58:18.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwMDI3MjhfMjc1OV8yMDI1X0g1UFg0MjZY> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00002728/2025** e o código **H5PX426X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.